

Contexte

Courant 2016, la norme ISO 80369-3 a été adoptée au niveau international par les fournisseurs de dispositifs médicaux (DM) de **nutrition entérale (NE)**. Elle définit une nouvelle connexion sécurisée unique (ENFit) pour l'administration par voie entérale. Ceci a impliqué le changement de nombreuses références de DM et cela chez l'ensemble des fournisseurs.



Objectif Il paraissait nécessaire de diffuser une information claire pour les services concernés par ces changements.

Matériel et méthode

❖ Groupe de Travail avec l'UTNC, POSTER et diffusion

Pharmacie + Unité transversale de nutrition clinique (UTNC) se sont associées pour former un groupe de travail à l'occasion de l'évolution vers la norme ENFit.

Choix de réaliser :
Un poster présentant les changements liés à la norme et les DM impactés

Diffusion du poster :
Présentation par mail via la Direction des Soins Infirmiers (DSI).

❖ Evaluation de la diffusion et de la communication

Les cadres de santé de plusieurs services ont ensuite transféré à leurs équipes le lien internet renvoyant vers un questionnaire simple et rapide à compléter :

Google forms*

- 1) Pour commencer, quelle est votre profession ?
- 2) Et dans quelle unité êtes-vous ?
- 3) Avez-vous été mis au courant de la mise en place d'une nouvelle norme pour la nutrition entérale ?
- 4) Si OUI, pouvez-vous préciser par quel(s) moyen(s) vous avez reçu l'information ? (oral, poster, mails... etc.)
- 5) Connaissez-vous le nom donné à cette nouvelle norme ?
- 6) Connaissez-vous l'objectif de cette nouvelle norme ?
- 7) Savez-vous quels dispositifs sont impactés par cette norme ?
- 8) Des problèmes ont-ils été soulevés par le passage à cette norme ?
- 9) En pratique, l'administration de médicaments à travers la sonde est-elle modifiée ?

NUTRITION ENTERALE : NOUVELLES SONDES NASOGASTRIQUES ET NOUVELLES SERINGUES DE NUTRITION PASSAGE A LA NORME ISO 80369-3 : Connectique ENFit

La norme ENFit standardisée permet une connexion sécurisée et spécifique :
De nouvelles références seront à commander dans Pharma (encadrés violet)

LES SERINGUES ENFIT (PENTA FERTE)
Voici la nouvelle seringue ENFit à utiliser dorénavant.
Elle se commande sur Pharma : SERINGUE UAU STER 3PIECES 60ML EMBOUT ENFIT HC REF GAV60_ENF_HC
Elle permet une connexion sécurisée de la seringue au port médicamenteux de la tubulure [ENFit femelle vers ENFit mâle] :
Ancienne référence : Embout sonde REF 002022980 → Nouvelle référence : REF GAV60_ENFIT_RC

LES SONDES D'ALIMENTATION (CAIR)
Anciennes références : REF AL206G ET AL208G → Nouvelles références : REF NCE206G ET NCE208G
Ancienne référence avec la sonde à godet et le raccord de transition (qui va disparaître) → Nouvelle référence sans godet et avec la connexion ENFit mâle intégrée


LES TUBULURES POUR POMPE KANGAROO (MEDTRONIC)
PAS DE CHANGEMENT DE REFERENCE
Ce qui change :
- le port médicamenteux (raccord mâle ENFit) se connecte à la nouvelle seringue (raccord femelle ENFit) disponible à la pharmacie
- le raccord de la tubulure Kangaroo à la sonde ne s'effectue plus par un godet mais via une connexion ENFit (femelle vers mâle)
N.B. : La connexion de la tubulure à la poche de nutrition ne change pas : Les raccords blancs de transition actuellement présents dans les sachets vont disparaître

PROLONGATEURS ENFIT POUR BOUTON DE GASTROSTOMIE (ASEPT IN MED)
La connexion du prolongateur du côté de la tubulure de nutrition est modifiée.
Prolongateur en site V à godet → Nouvelle référence : double connecteur ENFit mâle
Ancienne référence : REF 200379 → Nouvelle référence : REF 201879
N.B. : La connexion du prolongateur du côté bouchon de gastrostomie MICK-KEY ne change pas
Rappel : le prolongateur se change une fois par semaine

Juillet 2016 - C. Maucorps A. Cheral Intermex C. Chapirot pharmacien, Secteur des dispositifs médicaux, Pharmacie - Dr C. Joubert UTNC

Résultats

Le questionnaire a été adressé aux 7 services consommateurs de DM de nutrition entérale du CHU




Plus de la moitié des personnes sondées (N=12) connaissent la norme ENFit et en comprennent l'utilité après 2 mois



La communication interne (par orale, mail ou poster) est majoritaire (n=16).
La communication externe (prestataires et autres fournisseurs) est minoritaire (n=5).

Les 4 services les plus consommateurs ont bien affiché le POSTER dans leur unité de soin



Les cadres, les médecins et les diététiciens sont plus au courant des changements apportés par la norme que les infirmiers (principaux utilisateurs)

Conclusion et Discussion

La réalisation d'un poster validé par le GT PUI/UTNC a probablement permis aux cadres, aux médecins et aux diététiciens de relayer une information **NON PROMOTIONNELLE**.

L'accompagnement de l'évolution vers la norme ENFit dans les unités de soins **via le POSTER** n'a pas eu l'impact escompté auprès du **personnel infirmier** (principaux utilisateurs).

La PUI a donc mis en place des **ATELIERS PRATIQUES organisés par les internes** pour communiquer directement auprès des IDE en staff. Quant on sait que la réglementation de nombreux autres DM est amenée à évoluer prochainement, il s'agit là d'une première **expérience enrichissante pour la suite**.